



TÜRK SAĞLIK-SEN
GENEL MERKEZİ

Sayı : GM.06.2017.050/884

Tarih: 08/11/2017

Konu : Radyoloji Teknisyenlerinin Yaşadığı Dozimetre Sıkıntısı Hk.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA

Bilindiği üzere Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği'nin 10. maddesi ile radyasyon kaynağı ile yürütülen faaliyetlerden dolayı görevi gereği radyasyona maruz kalan personel için yıllık doz limitleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda aynı Yönetmelik ile 'Kişisel dozimetre zorunluğu' başlığı ile 21. Maddeye "Çalışma Koşulu A durumunda görev yapan kişilerin, kişisel dozimetre kullanması zorunludur." emredici hükmü getirilmiştir.

Malumu olduğu üzere dozimetre kullanımı ile amaçlanan; radyasyona maruz kalan personelin yıllık, uluslararası standart ve sınırların üzerinde etkin doza maruz kalması halinde personel sağlığı için gerekli önlemlerin alınarak radyasyonun olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesidir. Bu kapsamda radyasyon görevlisi personelin kişisel dozimetresi TAEK'dan "Dozimetri Servisi Uygunluk Belgesi" almış dozimetri servisleri tarafından verilerek bu radyasyonun zararlı etkilerine karşı önlemler alınmaktadır. Nitekim bu nedenle de dozimetre kullanımının yükümlülüğü hem personele hem de işveren olarak idareye verilmiştir.

Ancak mevzuat ile alınmaya çalışılan bu önlemlere rağmen uygulamada personelin dozimetre ölçümlerinde yaşanan aksaklıklar olduğu Sendikamıza intikal etmiştir. Şöyle ki; radyasyon görevlisi personelin görev ve şutlama sayısının farklılığına rağmen ölçüm değerlerinin ortalama seviyede geldiği; radyasyon görevlisi personelin izinde olduğu yani radyasyona hiç maruz kalmadığı dönemde dahi yapılan ölçüm sonuçlarının yine ortalama değerde geldiği; bunların farkedilmesi sonucu personelde oluşan kaygı nedeniyle personelin bir ay boyunca dozimetresini radyasyon kaynaklı cihazın yanına bırakması halinde dahi gelen ölçüm sonuçları ortalama seviyede kaldığının görüldüğü sendikamıza iletilmiştir.

İyonizan radyasyon alanında ölçü olarak kabul edilen doz faktörünün yanında zaman faktörünün de ölçüm sonuçlarını değiştirmesi gerekmesine rağmen bu faktörlerin değiştiği durumlarda ölçümlerin hep aynı değerde kalması personelde güvensizlik ortamı yaratmakta aynı zamanda kanuni düzenlemenin amacı ortadan kalkmaktadır. Oysa akreditasyonun amacı sonuçların doğruluğunu, uluslararası izlenebilirliği, güvenilirliği, hizmet kalite güvencesini sağlamaktır.



TÜRK SAĞLIK-SEN
GENEL MERKEZİ

Bu kapsamda yukarıda izah edilen açıklamalar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda dozimetre ölçümlerini gerçekleştiren akredite edilmiş firmaların güvenilirliği konusunda oluşan tereddütlerin giderilerek, firmaların denetlenmesi, etkin ve yetkin olmayan firmalara akredite edilmemesi hususunda gerekli işlemlerin tesis edilerek mağduriyetlerin sonlandırılması ve tarafımıza bilgi verilmesi hususunu önemle arz/rica ederiz.

Yusuf ALAN
Genel Başkan Yardımcısı

Önder KAHVECİ
Genel Başkan